Kylma Underhållsjournal

Våg

Vågblock typ nr:.....

Åtgärd:

1. Kontrollera vågblockets kondition
   1.1 Kontrollera batterier och kontaktytor
   1.2 Kontrollera display
   1.3 Kontrollera att vågplattorna sitter fast. Om inte, drag åt insexskruvarna som håller vågplattan mot lastcellen.
2. Kontroll av mätnoggrannhet

Våg och dess mätnoggrannhet skall kontrolleras regelbundet, minst en gång per år. Härvid kontrolleras nollställningen och minst två olika viktnivåer.

Nollpunkt	Vlkt 1:_____	Vikt 2:_____	Utfört signatur / datum	Notering

KYLMA AB

HUVUDKONTOR
Box 8213
Fagerstagatan 29
163 08 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00
Telefax 08-598 908 91
www.kylma.se
Januari 2019

GÖTEBORG
Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50
Telefax 031-45 52 81

Ersätter Mars 2013

JÖNKÖPING
Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80
Telefax 036-31 23 86

MALMÖ
Höjagatan 19
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80
Telefax 040-59 22 84

STOCKHOLM N
Box 8213
Fagerstagatan 29
163 08 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49

STOCKHOLM S
Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08

SUNDSVALL
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96

VÄSTERÅS
Ängsgärdsgatan 12
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96
Rätt till ändringar förbehålles

ett BEIJER REF företag