

Kylma Underhållsjournal

Vakuummeter

Vakuummeter serienummer.....

1. Kontroll av vakuummeterens nollpunkt
 - 1.1 Anslut vakuummeteren och kalibrerad kontrollvakuummätare
 - 1.2 Starta vakuumpumpen och evakuer till ett sluttryck under 1 mbar enligt kontrollvakuummätare
 - 1.3 Kontrollera vakuummeteren och notera eventuell avvikelse
2. Byte av batteri (se instruktion)

Åtgärd	Utfört signatur / datum	Avvikelse	Notering

KYLMA AB

HUVUDKONTOR
Box 8213
Fagerstagatan 29
163 08 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 00
Telefax 08-598 908 91
www.kylma.se
Januari 2019

GÖTEBORG

Gruvgatan 25
421 30 V FRÖLUNDA
Telefon 031-49 99 50
Telefax 031-45 52 81

JÖNKÖPING

Granitvägen 5
553 03 JÖNKÖPING
Telefon 036-31 23 80
Telefax 036-31 23 86

MALMÖ

Höjagatan 19
212 33 MALMÖ
Telefon 040-59 22 80
Telefax 040-59 22 84

STOCKHOLM N

Box 8213
Fagerstagatan 29
163 08 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49

STOCKHOLM S

Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08

SUNDSVALL

Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96

VÄSTERÅS

Ångsgårdsgatan 12
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96

Rätt till ändringar förbehålles

Ersätter Mars 2013